



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：LN1001-240923)

茲證明

國家度量衡標準實驗室

國家度量衡標準實驗室(振動/聲量)

新竹市光復路二段 321 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：N1001

初次認證日期：九十二年一月一日

認證有效期間：一百一十一年一月一日至一百一十五年十二月三十一日止

認證範圍：校正領域，如續頁

特定服務計畫：國家標準實驗室認證服務計畫

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一三年九月二十三日

認證編號：N1001

實驗室主管：藍玉屏

振動量/聲量

| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 | 最小 不確定度 | |
|-----------------------|---|--|----------|-------------------------|----------|-------------------------|---|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | 說明 | 數值 | 單位 |
| KB1001 加速規 加速規組 | B&K 8305 /B&K 2626/ PCB 080A200 /PCB 442A102 | 加速規校正程 序-比較法 (文件編號: 07-3-83-0038) | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 頻率 50 Hz to 3 kHz, 頻率/振幅: (50 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 900 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz) /100 m/s ² | 1.4 | % |
| | | | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 頻率 3 kHz (不含) to 7 kHz, 頻率/振幅: (4000 Hz, 5000 Hz, 6000 Hz, 7000 Hz) /100 m/s ² | 3.4 | % |
| | | | | pC/ (m/s ²) | | pC/ (m/s ²) | 電荷靈敏度: 頻率/振幅: (100 Hz, 160 Hz) /100 m/s ² | 1.4 | % |
| 報告簽署人: 崔廣義; 陳俊凱; 涂聰賢 | | | | | | | | | |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 | 最小 不確定度 | |
|-----------------------|---|--|----------|------------------------|----------|------------------------|---|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | 說明 | 數值 | 單位 |
| KB1001 加速規 加速規組 | Uniphase 1101 雷射干涉儀模組 /RENISHAW /RLU 10 雷射干涉儀模組 | 加速規校正程 序-正弦逼近法 (文件編號: 07-3-90-0117) | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 頻率 50 Hz to 5 kHz, 頻率/振幅: (50 Hz/14 m/s ²), (100 Hz/22 m/s ²), (160 Hz/28 m/s ²), (200 Hz/70 m/s ²), (300 Hz/70 m/s ²), (400 Hz/70 m/s ²), (500 Hz/70 m/s ²), (600 Hz/70 m/s ²), (700 Hz/70 m/s ²), (800 Hz/70 m/s ²), (900 Hz/70 m/s ²), (1000 Hz/70 m/s ²), (1500 Hz/70 m/s ²), (2000 Hz/70 m/s ²), (2500 Hz/70 m/s ²), (3000 Hz/99 m/s ²), (4000 Hz/99 m/s ²), (5000 Hz/99 m/s ²) | 0.76 | % |
| | | | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 頻率 5 kHz (不含) to 10 kHz, 頻率/振幅: (6000 Hz/99 m/s ²), (7000 Hz/99 m/s ²), (10000 Hz/141 m/s ²) | 1.8 | % |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 | 最小 不確定度 | |
|-----------------------|---|--|----------|-------------------------|----------|-------------------------|---|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | 說明 | 數值 | 單位 |
| KB1001 加速規 加速規組 | Uniphase 1101 雷射干涉儀模組 /RENISHAW /RLU 10 雷射干涉儀模組 | 加速規校正程 序-正弦逼近法 (文件編號: 07-3-90-0117) | | pC/ (m/s ²) | | pC/ (m/s ²) | 電荷靈敏度: 頻率 50 Hz to 5 kHz, 頻率/振幅: (50 Hz/14 m/s ²), (100 Hz/22 m/s ²), (160 Hz/28 m/s ²), (200 Hz/70 m/s ²), (300 Hz/70 m/s ²), (400 Hz/70 m/s ²), (500 Hz/70 m/s ²), (600 Hz/70 m/s ²), (700 Hz/70 m/s ²), (800 Hz/70 m/s ²), (900 Hz/70 m/s ²), (1000 Hz/70 m/s ²), (1500 Hz/70 m/s ²), (2000 Hz/70 m/s ²), (2500 Hz/70 m/s ²), (3000 Hz/99 m/s ²), (4000 Hz/99 m/s ²), (5000 Hz/99 m/s ²) | 0.8 | % |
| | | | | pC/ (m/s ²) | | pC/ (m/s ²) | 電荷靈敏度: 頻率 5 kHz (不含) to 10 kHz, 頻率/振幅: (6000 Hz/99 m/s ²), (7000 Hz/99 m/s ²), (10000 Hz/141 m/s ²) | 1.8 | % |
| 報告簽署人: 崔廣義; 陳俊凱; 涂聰賢 | | | | | | | | | |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 說明 | 最小 不確定度 | |
|-----------------------------------|---|--|----------|-------------------------|----------|-------------------------|--|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | | 數值 | 單位 |
| KB1001 加速規 加速規組 | Uniphase 1101 雷射干涉儀模組 /RENISHAW /RLU 10 雷射干涉儀模組 | 加速規校正程 序-條紋計數 法 (文件編號: 07-3-83-0045) | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 頻率 50 Hz to 700 Hz, 頻率/振幅: (50 Hz/14 m/s ²), (100 Hz/22 m/s ²), (160 Hz/28 m/s ²), (200 Hz/70 m/s ²), (300 Hz/70 m/s ²), (400 Hz/70 m/s ²), (500 Hz/70 m/s ²), (600 Hz/70 m/s ²), (700 Hz/70 m/s ²) | 0.44 | % |
| | | | | pC/ (m/s ²) | | pC/ (m/s ²) | 電荷靈敏度: 頻率 50 Hz to 700 Hz, 頻率/振幅: (50 Hz/14 m/s ²), (100 Hz/22 m/s ²), (160 Hz/28 m/s ²), (200 Hz/70 m/s ²), (300 Hz/70 m/s ²), (400 Hz/70 m/s ²), (500 Hz/70 m/s ²), (600 Hz/70 m/s ²), (700 Hz/70 m/s ²) | 0.49 | % |
| 報告簽署人: 崔廣義; 陳俊凱; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB1001 低頻加速 規 低頻加速 規組 | PCB 301M26 /442A102 | 低頻加速規校 正程序-比較 法 (文件編號: 07-3-86-0085) | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 頻率 0.5 Hz to 160 Hz, 頻率/振幅: (0.5 Hz/0.2 m/s ²), (0.6 Hz/0.5 m/s ²), (0.63 Hz/0.5 m/s ²), (0.7 Hz/0.5 m/s ²), (0.8 Hz/0.5 m/s ²), (0.9 Hz/0.5 m/s ²), (1 Hz/1 m/s ²), (1.25 Hz/1 m/s ²), (1.6 Hz/1 m/s ²), (2 Hz/1.5 m/s ²), (2.5 Hz/1.5 m/s ²), (3 Hz/3.5 m/s ²), (3.15 Hz/3.5 m/s ²), (4 Hz/5 m/s ²), (5 Hz/5 m/s ²), (6.3 Hz/5 m/s ²), (7 Hz/5 m/s ²), (8 Hz/5 m/s ²), (9 Hz/5 m/s ²), (10 Hz/5 m/s ²), (12.5 Hz/5 m/s ²), (15 Hz/5 m/s ²), (16 Hz/5 m/s ²), (20 Hz/5 m/s ²), (30 Hz/5 m/s ²), (31.5 Hz/5 m/s ²), (40 Hz/5 m/s ²), (50 Hz/5 m/s ²), (70 Hz/5 m/s ²), (80 Hz/5 m/s ²), (90 Hz/5 m/s ²), (100 Hz/5 m/s ²), (160 Hz/2 m/s ²) | 1.5 | % |
| 報告簽署人: 崔廣義; 陳俊凱; 涂聰賢 | | | | | | | | | |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 廠牌/型號 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 說明 | 最小 不確定度 | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|----------|------------------------|----------|------------------------|---|------------|----|
| | | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | | 數值 | 單位 |
| KB1001 低頻加 速規 低頻加 速規組 | SIOS SL 02/1 雷射干涉儀 模組 | 低頻加速規 校正程序正 弦逼近法 (文件編號: 07-3-87-0004) | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 頻率 0.1 Hz, 頻率/振幅: (0.1 Hz/0.01 m/s ²) | 1.7 | % |
| | | | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 頻率 0.1 Hz (不含) to 160 Hz (不含), 頻率/振幅: (0.2 Hz/0.05 m/s ²), (0.315 Hz, 0.4 Hz, 0.5 Hz, 0.63 Hz) /0.1 m/s ² , (0.5 Hz, 0.7 Hz, 0.8 Hz) /0.2 m/s ² , (0.6 Hz, 0.63 Hz, 0.7 Hz, 0.8 Hz, 0.9 Hz, 1 Hz) /0.5 m/s ² , (1 Hz, 1.25Hz, 1.6 Hz, 2 Hz) /1 m/s ² , (2 Hz, 2.5 Hz) /1.5 m/s ² , (2.5 Hz, 3.15 Hz) /2 m/s ² , (3 Hz, 3.15 Hz) /3.5 m/s ² , (4 Hz, 5 Hz, 6.3 Hz, 7 Hz, 8 Hz, 9 Hz, 10 Hz, 12 Hz, 12.5 Hz, 15 Hz, 16 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 31.5 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz, 70 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz) /5 m/s ² | 1.3 | % |
| | | | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 頻率 160 Hz, 頻率/振幅: (160 Hz/2 m/s ²) (160 Hz/5 m/s ²) | 1.6 | % |
| 報告簽署人: 崔廣義; 陳俊凱; 涂聰賢 | | | | | | | | | |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 說明 | 最小 不確定度 | |
|---------------------------|--|--|----------|-------------------------|----------|-------------------------|--|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | | 數值 | 單位 |
| KB1001 衝擊加速規 衝擊加速規組 | PCB 301A12/ PCB 482A21 | 衝擊加速規校 正程序-比較法 (文件編號: 07-3-76-0007) | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 加速度 200 m/s ² , 2000 m/s ² , 6000 m/s ² , 10000 m/s ² , 衝擊時間 0.6 ms to 3.0 ms | 1.9 | % |
| 報告簽署人: 崔廣義; 陳俊凱; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB1001 衝擊加速規 衝擊加速規組 | REO/32734 | 衝擊加速規校 正程序-相位運 算法 (文件編號: 07-3-98-6157) | | V/ (m/s ²) | | V/ (m/s ²) | 電壓靈敏度: 加速度 200 m/s ² , 1000 m/s ² , 2000 m/s ² , 3000 m/s ² , 4000 m/s ² , 5000 m/s ² , 6000 m/s ² , 8000 m/s ² , 10000 m/s ² , 衝擊時間 0.3 ms to 3.0 ms | 0.8 | % |
| | | | | pC/ (m/s ²) | | pC/ (m/s ²) | 電荷靈敏度: 加速度 200 m/s ² , 1000 m/s ² , 2000 m/s ² , 3000 m/s ² , 4000 m/s ² , 5000 m/s ² , 6000 m/s ² , 8000 m/s ² , 10000 m/s ² , 衝擊時間 0.3 ms to 3.0 ms | 0.8 | % |
| 報告簽署人: 崔廣義; 陳俊凱; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB1002 低頻振動計 | PCB 301M26/442A102/ Allied Signal QA-2000/BKM 2601 | 低頻振動計校 正程序-比較法 (文件編號: 07-3-86-0044) | | m | | m | 位移: 頻率 3.15 Hz to 50 Hz, 頻率/振幅: (3.15 Hz/17.87 mm), (5 Hz/10.14 mm), (6.3 Hz/6.38 mm), (10 Hz/2.53 mm), (15 Hz/1.13 mm), (16 Hz/0.99 mm), (20 Hz/0.63 mm), (30 Hz/0.28 mm), (31.5 Hz/0.26 mm), (40 Hz/0.16 mm), (50 Hz/0.1 mm) | 2.3 | % |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 說明 | 最小 不確定度 | |
|----------------------|--|--|----------|------------------|----------|------------------|---|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | | 數值 | 單位 |
| KB1002 低頻振動計 | PCB 301M26/442A102/ Allied Signal QA-2000/BKM 2601 | 低頻振動計校正程序-比較法 (文件編號: 07-3-86-0044) | | m/s | | m/s | 速度: 頻率 3.15 Hz to 50 Hz, 頻率/振幅: (3.15 Hz/176.83 mm/s), (5 Hz/159.26 mm/s), (6.3 Hz/126.32 mm/s), (10 Hz/79.57 mm/s), (15 Hz/53.08 mm/s), (16 Hz/49.72 mm/s), (20 Hz/39.82 mm/s), (30 Hz/26.54 mm/s), (31.5 Hz/25.27 mm/s), (40 Hz/19.96 mm/s), (50 Hz/15.94 mm/s) | 1.5 | % |
| | | | | m/s ² | | m/s ² | 加速度: 頻率 3.15 Hz to 50 Hz, 頻率/振幅: 3.15 Hz/3.5 m/s ² , (5 Hz, 6.3 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 16 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 31.5 Hz, 40 Hz, 50 Hz) /5 m/s ² | 1.3 | % |
| 報告簽署人: 崔廣義; 陳俊凱; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB1002 振動計 | PCB 080A200 /PCB 442A102/ B&K 8305/B&K 2626 | 振動計校正程序-比較法 (文件編號: 07-3-77-0030) | | m/s ² | | m/s ² | 加速度: 頻率 50 Hz to 2 kHz, 頻率/振幅: (50 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 900 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz) /100 m/s ² | 1.3 | % |
| | | | | m/s ² | | m/s ² | 加速度: 頻率 2 kHz (不含) to 5 kHz, 頻率/振幅: (3000 Hz, 4000 Hz, 5000 Hz) /100 m/s ² | 2.6 | % |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 | 最小 不確定度 | |
|----------------------|---|--|----------|-------|----------|-------|--|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | 說明 | 數值 | 單位 |
| KB1002 振動計 | PCB 080A200 /PCB 442A102/ B&K 8305/B&K 2626 | 振動計校正程 序-比較法 (文件編號: 07-3-77-0030) | | m/s | | m/s | 速度: 頻率 50 Hz to 2 kHz, 頻率/振幅: (50 Hz/318.12 mm/s), (100 Hz/159.09 mm/s), (160 Hz/99.45 mm/s), (200 Hz/79.50 mm/s), (300 Hz/52.80 mm/s), (400 Hz/39.70 mm/s), (500 Hz/31.70 mm/s), (600 Hz/26.50 mm/s), (700 Hz/22.70 mm/s), (800 Hz/19.90 mm/s), (900 Hz/17.68 mm/s), (1000 Hz/15.90 mm/s), (1500 Hz/10.61 mm/s), (2000 Hz/7.96 mm/s) | 1.5 | % |
| | | | | m | | m | 位移: 頻率 50 Hz to 200 Hz, 頻率/振幅: (50 Hz/2.03 mm), (100 Hz/0.51 mm), (160 Hz/0.20 mm), (200 Hz/0.13 mm) | 2.1 | % |
| 報告簽署人: 崔廣義; 陳俊凱; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB1099 電荷放大器 | HP 16383A | 電荷放大器校 正程序 (文件編號: 07-3-96-0230) | | mV/pC | | mV/pC | 頻率 10 Hz | 1.2 | % |
| | | | | mV/pC | | mV/pC | 頻率 10 Hz (不含) to 10 kHz | 0.10 | % |
| 報告簽署人: 崔廣義; 陳俊凱; 涂聰賢 | | | | | | | | | |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 | 最小 不確定度 | |
|----------------------|-----------------------|--|----------|---------------------------|----------|---------------------------|---|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | 說明 | 數值 | 單位 |
| KB2001 麥克風 | B&K 4180 | 二分之一英吋實驗室標準麥克風音壓靈敏度校正程序-互換法 (文件編號: 07-3-A8-0201) | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS2P: 頻率 10 Hz to 10 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2aP 和 LS2F)) | 0.06 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS2P: 頻率 10 kHz (不含) to 16 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2aP 和 LS2F)) | 0.08 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS2P: 頻率 16 kHz (不含) to 20 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2aP 和 LS2F)) | 0.12 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS2P: 頻率 20 kHz (不含) to 25 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2aP 和 LS2F)) | 0.20 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB2001 麥克風 | B&K 4160 /B&K 4180 | 麥克風自由場靈敏度校正程序-互換法 (文件編號: 07-3-A2-0205) | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS1P: 頻率 1 kHz to 10 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS1P)) | 0.16 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS2P: 頻率 1 kHz to 40 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2aP 和 LS2F)) | 0.18 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB2001 麥克風 | B&K 4180 | 麥克風自由場靈敏度校正程序-比較法 (文件編號: 07-3-B0-0057) | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS2/WS2: 頻率 250 Hz to 800 Hz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2) 及 IEC 61094-4 之工作標準麥克風 (WS2)) | 0.40 | dB |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 | 最小 不確定度 | |
|----------------------|-----------------------|--|----------|---------------------------|----------|---------------------------|--|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | 說明 | 數值 | 單位 |
| KB2001 麥克風 | B&K 4180 | 麥克風自由場 靈敏度校正程 序-比較法 (文件編號: 07-3-B0-0057) | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS2/WS2: 頻率 800 Hz (不含) to 20 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2) 及 IEC 61094-4 之工作標準麥克風 (WS2)) | 0.45 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS2/WS2: 頻率 20 kHz (不含) to 31.5 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2) 及 IEC 61094-4 之工作標準麥克風 (WS2)) | 0.55 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS2/WS2: 頻率 31.5 kHz (不含) to 40 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2) 及 IEC 61094-4 之工作標準麥克風 (WS2)) | 0.70 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB2001 麥克風 | B&K 4160 | 麥克風音壓靈 敏度校正程序 -互換法 (文件編號: 07-3-83-0046) | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS1P: 頻率 20 Hz to 40 Hz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS1P)) | 0.06 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS1P: 頻率 40 Hz (不含) to 5 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS1P)) | 0.05 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS1P: 頻率 5 kHz (不含) to 10 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS1P)) | 0.08 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | LS1P: 頻率 10 kHz (不含) to 12.5 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS1P)) | 0.12 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB2001 麥克風 | B&K 4160 /B&K 4180 | 麥克風音壓靈 敏度校正程序 -比較法 (文件編號: 07-3-A5-0152) | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 20 Hz to 40 Hz (符合 IEC 61094-1 之實 驗室標準麥克風 (LS1) 和 IEC 61094-4 之工 作標準麥克風 (WS1)) | 0.12 | dB |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 廠牌/型號 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 說明 | 最小 不確定度 | |
|---------------|-----------------------|---|----------|---------------------------|----------|---------------------------|---|------------|----|
| | | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | | 數值 | 單位 |
| KB2001 麥克風 | B&K 4160 /B&K 4180 | 麥克風音壓靈 敏度校正程序 -比較法 (文件編號: 07-3-A5-0152) | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 40 Hz (不含) to 4 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS1) 和 IEC 61094-4 之工作標準麥克風 (WS1)) | 0.08 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 4 kHz (不含) to 8 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS1) 和 IEC 61094-4 之工作標準麥克風 (WS1)) | 0.12 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 8 kHz (不含) to 12.5 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS1) 和 IEC 61094-4 之工作標準麥克風 (WS1)) | 0.16 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 20 Hz to 40 Hz (符合 IEC 61094-1 之實 驗室標準麥克風 (LS2) 和 IEC 61094-4 之工 作標準麥克風 (WS2)) | 0.12 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 40 Hz (不含) to 8 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2) 和 IEC 61094-4 之工作標準麥克風 (WS2)) | 0.08 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 8 kHz (不含) to 20 kHz (符合 IEC 61094-1 之實驗室標準麥克風 (LS2) 和 IEC 61094-4 之工作標準麥克風 (WS2)) | 0.16 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 20 Hz to 40 Hz (符合 IEC 61094-4 之工 作標準麥克風 (WS3)) | 0.12 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 40 Hz (不含) to 6.3 kHz (符合 IEC 61094-4 之工作標準麥克風 (WS3)) | 0.08 | dB |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 | 最小 不確定度 | |
|----------------------|--|---|----------|---------------------------|----------|---------------------------|--|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | 說明 | 數值 | 單位 |
| KB2001 麥克風 | B&K 4160 /B&K 4180 | 麥克風音壓靈敏度 校正程序-比較法 (文件編號: 07-3-A5-0152) | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 6.3 kHz (不含) to 16 kHz (符合 IEC 61094-4 之工作標 準麥克風 (WS3)) | 0.16 | dB |
| | | | | dB (reference: 1 V/Pa) | | dB (reference: 1 V/Pa) | 頻率 16 kHz (不含) to 20 kHz (符合 IEC 61094-4 之工作標 準麥克風 (WS3)) | 0.24 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB2002 活塞式 校正器 | B&K 4144 (WS1P) / B&K 4134 (WS2P) | 聲音校正器校正程 序-內插電壓法 (文件編號: 07-3-83-0050) | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 130 | dB (reference: 20 µPa) | 頻率 250 Hz | 0.12 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB2002 活塞式 校正器 | B&K 4160 (LS1P) / B&K 4180 (LS2P) / | 聲音校正器校正程 序-內插電壓法 (文件編號: 07-3-83-0050) | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 130 | dB (reference: 20 µPa) | 頻率 250 Hz | 0.09 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB2002 活塞式 校正器 | B&K 4228 | 聲音校正器校正程 序-比較法 (文件編號: 07-3-80-0027) | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 130 | dB (reference: 20 µPa) | 頻率 250 Hz | 0.15 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 | 最小 不確定度 | |
|----------------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------|------------|----|
| | 廠牌/型號 | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | 說明 | 數值 | 單位 |
| KB2003 聲音校正器 | B&K 4144 (WS1P) /B&K 4134 (WS2P) | 聲音校正器校正 程序-內插電壓法 (文件編號: 07-3-83-0050) | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 120 | dB (reference: 20 µPa) | 聲音校正器: 頻率 1 kHz | 0.12 | dB |
| | | | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 120 | dB (reference: 20 µPa) | 多頻聲音校正器: 頻率 31.5 Hz | 0.15 | dB |
| | | | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 120 | dB (reference: 20 µPa) | 多頻聲音校正器: 頻率 63 Hz to 8 kHz | 0.12 | dB |
| | | | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 120 | dB (reference: 20 µPa) | 多頻聲音校正器: 頻率 12.5 kHz to 16 kHz | 0.18 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB2003 聲音校正器 | B&K 4160 (LS1P) /B&K 4180 (LS2P) | 聲音校正器校正 程序-內插電壓法 (文件編號: 07-3-83-0050) | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 120 | dB (reference: 20 µPa) | 聲音校正器: 頻率 1 kHz | 0.09 | dB |
| | | | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 120 | dB (reference: 20 µPa) | 多頻聲音校正器: 頻率 31.5 Hz | 0.09 | dB |
| | | | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 120 | dB (reference: 20 µPa) | 多頻聲音校正器: 頻率 63 Hz to 8 kHz | 0.09 | dB |
| | | | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 120 | dB (reference: 20 µPa) | 多頻聲音校正器: 頻率 12.5 kHz to 16 kHz | 0.11 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |
| KB2003 聲音校正器 | B&K 4231 | 聲音校正器校正 程序-比較法 (文件編號: 07-3-80-0027) | 90 | dB (reference: 20 µPa) | 120 | dB (reference: 20 µPa) | 頻率 1 kHz | 0.15 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |



| 項目代碼 /校正件 | 最高 工作標準件 廠牌/型號 | 校正方法 文件名稱 /編號 | 校正範圍 | | | | 量測條件 說明 | 最小 不確定度 | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|------------|----|
| | | | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | | 數值 | 單位 |
| KB2004 噪音計 | B&K 4228 /B&K 4231 /B&K 4226 | 噪音計音壓位準校正程序 (文件編號: 07-3-97-0083) | 124 | dB (reference: 20 μ Pa) | 124 | dB (reference: 20 μ Pa) | 頻率 250 Hz | 0.2 | dB |
| | | | 94 | dB (reference: 20 μ Pa) | 114 | dB (reference: 20 μ Pa) | 頻率 31.5 Hz | 0.3 | dB |
| | | | 94 | dB (reference: 20 μ Pa) | 114 | dB (reference: 20 μ Pa) | 頻率 63 Hz to 1 kHz | 0.3 | dB |
| | | | 94 | dB (reference: 20 μ Pa) | 114 | dB (reference: 20 μ Pa) | 頻率 2 kHz to 4 kHz | 0.3 | dB |
| | | | 94 | dB (reference: 20 μ Pa) | 114 | dB (reference: 20 μ Pa) | 頻率 8 kHz | 0.4 | dB |
| | | | 94 | dB (reference: 20 μ Pa) | 114 | dB (reference: 20 μ Pa) | 頻率 12.5 kHz | 0.5 | dB |
| | | | 94 | dB (reference: 20 μ Pa) | 114 | dB (reference: 20 μ Pa) | 頻率 16 kHz | 0.6 | dB |
| 報告簽署人: 郭淑芬; 羅芳鈞; 涂聰賢 | | | | | | | | | |

註：最小不確定度係以約 95 % 信賴水準之擴充不確定度表示
(以下空白)

